

Bagian : QC

Due date : 20-Feb-26

Tanggal : 7-Jan-26

ANALISA PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Stok Saat Ini (A)	Rencana Kebutuhan (B)	Kekurangan (A -B + C)	Pending Penerimaan (C)	Jumlah	Realisasi Pembelian	Realisasi Penggunaan
1	IMO16010	Power Supply Unit	Un	0	1	-1	0	1	0	0

Catatan :

Power Supply Unit Dell OptiPlex 7020 9020 3020 MT 290W AC290EM / 0776VT ORIGINAL

- Digunakan untuk mengubah listrik AC dari stop kontak menjadi listrik DC stabil untuk menjalankan semua komponen didalam komputer (PC) Dell seperti CPU, motherboard , dan hard drive
- Estimasi harga Rp.405.000/unit

Latar belakang permintaan:

- Pada tanggal 24 desember 2025 PC instrumen GC no.inventaris : C83.001/D.09/RD/INST/1/19 mati dan tidak dapat dinyalakan.
- Berdasarkan hasil pengecekan IT diketahui terdapat kendala pada kelistrikan/PSU sehingga CPU tidak bisa booting.
- Saat ini menggunakan PC IT yang sudah dicloning dari PC GC, namun disarankan untuk SPB PSU karena IT tidak mempunyai sparepart PSU.
- Terlampir latar belakangh permintaan barang, penawaran harga, Farmakope Indonesia edisi VI, rencana kebutuhan dan bincard RS.

Pemohon


 07/26
/01

Mengetahui

 07/26
/01

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR LATAR BELAKANG PERMINTAAN BARANG HABIS PAKAI DEPARTEMEN: QUALITY CONTROL	Diisi oleh Pemohon No. : <u>004</u> /LBPBHP/ <u>1</u> /20 <u>26</u>
Nama Barang Habis Pakai: PSU Dell OptiPlex <i>Berlaku untuk satu jenis barang</i>		Rencana Waktu Penggunaan: 20 Februari 2025 Lead time Purchasing: 30 hari
Masa Waktu Pakai <u>5 tahun</u>		Setiap kali penggunaan kompu ter instrumen GC
☐ Permintaan Item Baru	☐ Permintaan Kebutuhan Jadwal Kerja	
☐ Bahan Penunjang ☒ Perlengkapan Listrik ☐ Suku Cadang ☐ Alat Tulis ☐ Bahan Kebersihan ☐ Hardware ☐ Inkjet/Laserjet Print ☐	☐ Innovator ☐ Kalibrasi ☐ Sample Bahan Kemasan ☐ Perbaikan ☐ Sample Bahan Baku ☐ Marketing Promosi ☐ Kualifikasi ☐	
SYARAT WAJIB PERMINTAAN BARU 1. Sertakan Foto Barang Baru. 2. Dibuat hanya sekali untuk awal mendaftarkan ke sistem QAD. 3. Pemesanan selanjutnya menggunakan Analisa Permintaan Barang dengan melampirkan hasil verifikasi stok fisik (kartu stok/bin card).	SYARAT WAJIB PERMINTAAN JADWAL KERJA 1. Formulir Perbaikan (jika dibutuhkan). 2. Setiap pengajuan menyertakan jadwal/timetable. 3. Dibuat setiap mengajukan kebutuhan untuk memenuhi rencana jadwal kerja, sekalipun barang sudah terdaftar di sistem QAD.	
Digunakan untuk	Sebagai Power Supply Unit untuk mengubah listrik AC dari stop kontak menjadi listrik DC stabil untuk menjalankan semua komponen di dalam komputer (PC) Dell seperti CPU, motherboard, dan hard drive.	
Latar belakang permintaan	1. Pada tanggal 24 Desember 2025 PC instrumen GC mati dan tidak dapat dinyalakan. 2. Berdasarkan hasil pengecekan IT diketahui terdapat kendala pada kelistrikan / PSU sehingga CPU tidak bisa booting. 3. Saat ini menggunakan PC IT yang sudah dicloning dari PC GC, namun disarankan untuk SPB PSU karena IT tidak mempunyai spare part PSU.	
☐ Perlu Minimum Stock <i>Tentukan Reorder Point</i>		
Dibuat:  Tgl. <u>05/01/26</u> <i>(Staff/Koord.)</i>	Diperiksa:  Muh. Ismail Tgl. <u>05/01/26</u> <i>(Koord./Spv/Ast. Mgr)</i>	Menyetujui:  Tgl. <u>06/01/26</u> <i>(Kepala Departemen)</i>
Nomor Dokumen : COM-FPT/001A.00	Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 

Home > Komputer & Laptop > Komponen Komputer > Internal Power Supply > PSU Dell OptiPlex



PSU Dell OptiPlex 7020 9020 3020 MT 290W AC290EM-00 / 0776VT ORIGINAL

1 barang berhasil terjual

Rp405.000

Detail Produk

Spesifikasi

Info Penting

ondisi: Bekas

in. Pemesanan: 1 Buah

talase: PSU

escription

76VT 0776VT 290W For Dell Optiplex 3020 9020 MT Desktop
ower Supply AC290EM-00

art Number : 776VT 0776VT CN-0776VT

ompatible Part Number : HY3VH RVTHD

odel Number : AC290EM-00 L290EM-01 PS-3291-1DB

ompatible Model : For Dell Optiplex 3020 7020 9020 MT

ax Output Power : 290W

ype : For Dell Optiplex MT Power supply

ARANSI 2 MINGGU

Lihat Lebih Sedikit



ingcom88

☆ 4.9 (2,6 rb)

⌚ ± 4 jam pesanan diproses

Follow

Pengiriman

Dikirim dari Kota Administrasi Jakarta Barat

Ongkir mulai Rp12.900

Reguler • Estimasi tiba 5 - 10 Jan

Lihat Kurir Lainnya

Beli di aplikasi, makin banyak promo!

Scan QR-nya untuk lihat barang ini di aplikasi
Tokopedia. Bebas ongkir, lho-

Scan QR

Ada masalah dengan produk ini?

Laporkan

ULASAN PEMBELI



Belum ada ulasan untuk produk ini

Beli produk ini dan jadilah yang pertama memberikan ulasan

06/26

FORMULIR PERMINTAAN SERVIS IT

No. Laporan* : 233/MFG/FPS/IT/XII/25
Tanggal & Jam : 24 Desember 2025 / 09.00 WIB

Informasi Pemohon

Nama Lengkap : Vabola Besti Delmonda
Jabatan : Supervisor
Departemen : QC

Identifikasi Permintaan

Tipe Permintaan	☒ Perbaikan	☐ Pemasangan	☐ Pemindahan
	☒ Komputer	☐ Jaringan	☐ Komputer
	☐ Printer	☐ Software	☐ Jaringan
	☐ Lainnya	☐ Printer	☐ Software
		☐ Email	
Keterangan Permintaan	Komputer pada instrumen GC di Lab Kimia QC mati dan tidak dapat dinyalakan kembali. Perlu dilanjutkan pengecekan dan perbaikan oleh QC ^{tim IT} .		
Analisa Masalah*	- terdapat kendala pada kestabilan/psu sehingga CPU tidak bisa booting - IT tidak memiliki sparepart PSU Dell		
Rekomendasi & Solusi*	Sementara menggunakan PC IT yang sudah diCloning dari PC GC, disarankan untuk ESPB PSU Dell 200 290 watt model AC290EM-01 Rekomendasi Eurlanpir		
Tanggal & Jam Selesai*			

Pemohon,	Menyetujui,
	
	Atasan Pemohon

Pelaksana,	Pemeriksa,	Mengetahui,
		
IT Staff	IT Coordinator	IT Head

*) Diisi oleh IT

Nomor Dokumen : IT.0 - FPT/002B.01

Tanggal Beraku : 20 NOV 2020

Disetujui Oleh :

